DÉTERGENT - DÉSINFECTANT
DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE IIb

UMONIUM 38®

NEUTRALIS SPRAY

ECO RESPONSABLE

✓ FORMULE SANS
- ➜ COMPOSANT CMR**
- ➜ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

“ Protéger ce qu’il y a de plus précieux ”

FLASH DÉSINFECTION
À PARTIR DE 30 SEC.

UMONIUM 38® **NEUTRALIS SPRAY** est le détergent - désinfectant de référence pour les secteurs à hauts risques et les environnements sensibles. Prêt à l’emploi classé dispositif médical, il valide les plus hautes normes d’efficacité sur l’ensemble des pathogènes tout en répondant aux tests de repro-toxicité et d’embryo-toxicité. Totalement inodore et sécuritaire, il s’utilise conjointement pour les phases de nettoyage et de désinfection de l’ensemble des surfaces, des équipements et des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs les plus sensibles. Le pistolet double fonction projette une mousse ou pulvérise un jet fin pour une désinfection optimale.

** Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique

laboratoire HUCKERT’S INTERNATIONAL
la désinfection maîtrisée

MADE IN BELGIUM

UMONIUM^{38}®
NEUTRALIS SPRAY

500 ml représente 500 vaporisations et permet de traiter une surface de 100 m².

ECO RESPONSABLE

✓FORMULE SANS
- ➔ COMPOSANT CMR**
- ➔ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

VALIDATION MOUSE EMBRYO ASSAY

VALIDATION HUMAN SPERM SURVIVAL ASSAY

INDICATIONS
Incolore, inodore. Nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux invasifs avant stérilisation. Nettoyage et désinfection de dispositifs médicaux non invasifs et de surfaces de dispositifs médicaux non invasifs. Transport de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 3,3g/L.

STANDARDS NORMATIFS
- Conforme à la DE 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (annexe II, excl. §4)
- Qualité et traçabilité garanties par ISO 9001:2015 et EN ISO 13485:2016
- Validation MEA (Mouse Embryo Assay)
- Validation HSSA (Human Sperm Survival Assay)
- Marquage CE 1639

MODE D'EMPLOI
Transport: Régler le spray en position "mousse" et recouvrir les dispositifs de mousse. Veiller à couvrir pour limiter l'évaporation. **Nettoyage/Pré-désinfection:** Régler le spray en position "mousse". Vaporiser et brosser les dispositifs pour éliminer toute salissure. Rincer soigneusement à l'eau* ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau* si surfaces. **Désinfection:** Régler le spray en position "fine". Vaporiser sur dispositifs propres. Respecter un temps de contact de minimum 5 minutes. Si dispositifs médicaux invasifs: Rincer à l'eau*. Si surfaces de dispositifs médicaux non invasifs: Laisser sécher ou rincer à l'eau* (ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau*) si nécessaire.

PROPRIÉTÉS
- Dispositif médical Classe IIb
- Détergent - désinfectant à large spectre d'activité
- Non toxique, aucune vapeur dangereuse
- DL_{50} (rat): > 5840 mg/kg
- Non corrosif: pH neutre
- Produit prêt à l'emploi non irritant pour la peau (aucune toxicité transdermique)
- Sans aldéhyde, peroxyde, biguanide ou autre composant carcinogène, mutagène, reprotoxique
- Non coagulant
- Ininflammable
- Bactéricide (inclus le MRSA et autres souches résistantes aux antibiotiques), fongicide, mycobactéricide et virucide (inclus le coronavirus humain)
- 100% compatible sur fibre optique, caoutchouc, polycarbonate, composé acrylique, verre, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, néoprène, latex, silicone, peintures, acier inox 410
- Efficace, rapide et performant (dissout le sang)
- Efficace en présence de matières organiques
- Agit dès 30 secondes
- Rémanent sur la surface non rincée (film bactériostatique)
- Sans résidu après rinçage
- Stabilité: 36 mois date de fabrication
- Produit sans colorant ni parfum
- Innocuité totale sur environnement embryonnaire

ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
PF 12608	Flacon vapo 500 mL	30 x 500 mL
PF 12609	Flacon vapo 250 mL	24 x 250 mL
EMB 0099	100 serviettes UMONIUM^{38} Wipes	12 pièces

PROCÉDURE D'UTILISATION

ÉTAPE ❶ : TRANSPORT

Régler le spray en position "mousse"



Recouvrir les dispositifs de mousse

Veiller à couvrir pour limiter l'évaporation

ÉTAPE ❷ : NETTOYAGE/PRÉ-DÉSINFECTION

Régler le spray en position "mousse" et vaporiser

Brosser les dispositifs pour éliminer toute salissure

Rincer soigneusement à l'eau* ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau* si surfaces

ÉTAPE ❸ : DÉSINFECTION



Régler le spray en position "fine"



Vaporiser

Temps de contact de minimum 5 minutes

OU

Si dispositifs médicaux invasifs: Rincer à l'eau* **OU Si surfaces de dispositifs médicaux non invasifs:** Laisser sécher ou rincer à l'eau* (ou à l'aide d'une lingette humidifiée d'eau*) si nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	Organismes cibles		Temps de contact (min.)	
			Condition propre	Condition sale
EN 13727	BACTÉRIES	*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	30 sec.	1
		E. faecalis (vancomycin-resistant), E. coli (carbapenem-resistant), K. pneumoniae (carbapenem-resistant), S. aureus (methicillin-resistant)	30 sec.	-
EN 13697		*S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa*	10	15
		S. typhimurium, E. cloacae, L. brevis	-	15
EN 16615		*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	5	-
EN 14561		*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	-	30
EN 13624	CHAMPIGNONS	*C. albicans*	5	10
EN 13697		*C. albicans*	10	15
EN 16615		*C. albicans*	1	-
EN 14562		*C. albicans, A. niger*	10	10
EN 14476	VIRUS	Norovirus, Adenovirus, Poliovirus	10	10
		Human coronavirus, Vacciniavirus	5	-
EN 14348	MYCOBACT.	*M. avium, M. terrae*	10	10
EN 14563		*M. avium, M. terrae*	10	10

* Eau potable à température ambiante
** **Carcinogène, Mutagène ou Reprotoxique**

FP00420 FR - Ed. 3.9 - 12/2023 - *Photos produits non contractuelles.*

UMONIUM^{38}® est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International