REINIGUNGSMITTEL - DESINFEKTIONSMITTEL
MEDIZINPRODUKT
KLASSE IIb

UMONIUM®38

INSTRUMENTS

ECO FRIENDLY

✓ FORMEL OHNE
- ➜ CMR*-KOMPONENTE
- ➜ ENDOKRINER DISRUPTOR

“ Das Reinigungs- und Desinfektionsmittel nicht korrosiv ”

UMONIUM38® **INSTRUMENTS** löst organische Verschmutzungen ab und führt eine Breitspektrum-Dekontamination des behandelten Materials durch. Diese Einweichlösung wirkt sehr schnell und eliminiert innerhalb einer realistischen Kontaktzeit die resistentesten Krankenhauskeim-Stämme. Dieses hervorragende Produkt gewährleistet ultra-leistungsstarke Desinfektion und garantiert Ihnen strahlend saubere medizinische und chirurgische Instrumente. Es entstehen keine giftigen Dämpfe, es sind keinerlei endokrine Disruptoren enthalten... Keine Korrosionsgefahr für das Instrumentarium.

** Karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
mastered disinfection

MADE IN BELGIEN

UMONIUM38®
INSTRUMENTS

1l Konzentrat reicht für 200l verdünnte Lösung (0,5%).

ECO FRIENDLY

✓ FORMEL OHNE
- ➜ CMR*-KOMPONENTE
- ➜ ENDOKRINER DISRUPTOR

INDIKATIONEN
Reinigung und Desinfektion von invasiven Medizinprodukten vor der Sterilisation.

ZUSAMMENSETZUNG
N-Benzyl-N-Dodecyl-N, N-Dimethyl-Ammoniumchlorid/N-Benzyl-N, N-Dimethyl-N-Tetradecyl-Ammoniumchlorid. 99g/l.

NORMATIVE STANDARDS
- Entspricht der Medizinprodukterichtlinie DE 93/42/EWG (Anhang II, ausgenommen Abs.4)
- Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß ISO 9001:2015 und EN ISO 13485:2016
- CE-Kennzeichnung 1639

GEBRAUCHSANWEISUNG
Reinigung/Vordesinfektion: Verwendung als 0,5 %-Lösung (25ml/5l Wasser*). Eintauchen. Die Geräte abbürsten oder Ultraschall verwenden, um Verunreinigungen zu entfernen. Sorgfältig mit Wasser* abspülen*.

Desinfektion: Verwendung als 2,5 %-Lösung (25 ml/l Wasser*) für saubere Geräte. Einweichzeit von mindestens 10 Minuten einhalten. Sorgfältig mit Wasser* abspülen.

UMONIUM38® INSTRUMENTS ist kein Ersatz für das Sterilisationsverfahren.

EIGENSCHAFTEN
- Medizinprodukt der Klasse IIb
- Reinigungsmittel - Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum
- Ungiftig, keine gefährlichen Dämpfe
- LD_{50} (Ratte): 5840 mg/kg
- Nicht korrosiv: neutraler pH-Wert
- Das verdünnte Produkt verursacht keine Hautreizung (keine toxische Gefährdung durch Hautresorption)
- Enthält kein Aldehyd, Peroxid, Biguanid und auch keine anderen karziogenen, mutagenen, reproduktionstoxischen Inhaltsstoffe
- Keine Gerinnungswirkung
- Nicht entzündbar
- Bakterizid, fungizid, mykobakterizid und viruzid
- 100 % geeignet für Glasfaser, Kautschuk, Polycarbonat, Acrylverbindungen, Glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, Neopren, Latex, Silikon, Farbbeschichtungen, Edelstahl 410
- Wirksam, schnell und leistungsstark (löst Blut auf)
- Wirksam bei Vorhandensein organischer Stoffe
- Schnelle Desinfektion: 10 Min.
- Keine Rückstände nach dem Abspülen
- Stabilität: 36 Monate ab Herstellungsdatum

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12110	Dosierflasche 1 L	12 x 1 Liter
PF 12112	5 Liter-Kanister mit Pumpe	4 x 5 Liter
PF 12153	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC vollständiges Set - Dosierung 0,5 %	1 Stück
EMB 0013 - 2,5%	Pumpe ECONOMATIC vollständiges Set - Dosierung 2,5%	1 Stück

GEBRAUCHSWEISE

SCHRITT ❶ : REINIGUNG/VORDESINFEKTION
➥ Ein Bad pro Verwendung



Verwendung als 0,5 %-Lösung (25 ml/ 5 l Wasser*)

Eintauchen und dann abbürsten oder mit Ultraschall reinigen, um jegliche Verunreinigung zu entfernen

Sorgfältig mit Wasser* abspülen*

SCHRITT ❷ : DESINFEKTION
➥ Benutzung des Bades bis zur Sichttrübung desselben

Verwendung als 2,5 %-Lösung (25 ml/l Wasser*)

Einweichzeit mindestens 10 Minuten

Sorgfältig mit Wasser* abspülen*

TECHNISCHE DATEN

Normen	Zielorganismen		Kontaktzeit (mind.) als 2,5 %-Lösung	
			Saubere Bedingung	Ver-schmutzte Bedingung
EN 13727	BAKTERIEN	*S. aureus* *E. hirae* *P. aeruginosa*	1	10
EN 13697	BAKTERIEN	*S. aureus* *E. hirae* *E. coli* *P. aeruginosa* *S. typhimurium* *E. cloacae* *L. Brevis*	15	15
EN 14561	BAKTERIEN	*S. aureus* *E. hirae* *P. aeruginosa*	15	30
EN 13624	PILZE	*C. albicans*	10	10
EN 13697	PILZE	*C. albicans* *A. niger*	15	15
EN 14562	PILZE	*C. albicans* *A. niger*	10	10
EN 14476	VIREN	Norovirus Adenovirus Poliovirus	10	10
	VIREN	Vacciniavirus	5	-
EN 14348	MYKOBAKTERIEN	*M. avium* *M. terrae*	10	10
EN 14563	MYKOBAKTERIEN	*M. avium* *M. terrae*	10	10

* Trinkwasser bei Raumtemperatur
** Karzinogen, mutagen und reproduktionstoxisch

FP00033 DE - Ed. 3.4 - 02/2023 - *Nicht vertragliche Produktabbildungen.*

UMONIUM38® ist eine eingetragene Marke von Laboratoire Huckert's International