DETERGENTE - DESINFECTANTE
PRODUCTO SANITARIO
CLASE IIb

UMONIUM38®

MEDICAL SPRAY

ECO FRIENDLY

✓ FÓRMULA SIN
- → COMPONENTE CMR**
- → DISRUPTOR ENDOCRINO

"La mejor arma: activo en apenas 30 segundos"

DESINFECCIÓN INMEDIATA
A PARTIR DE 30 SEGUNDOS

Sin aldehídos, peróxidos ni biguanidas (componentes CMR**), UMONIUM38® MEDICAL SPRAY es la mejor arma contra la contaminación. Activo a los 30 segundos de entrar en contacto. Desinfección de amplio espectro, ideal para cualquier entorno que requiera una desinfección diaria. No presenta riesgo alguno para el operador, el paciente, el material o el medio ambiente. La pistola de doble función, simple y ergonómica, proyecta una espuma ideal para limpiar o pulveriza un chorro fino para conseguir una desinfección óptima. Producto recomendado para materiales frágiles, como el plexiglás, la silicona, el poliuretano, el caucho, etc.

** Cancerígeno, Mutágeno o Reprotóxico

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
mastered disinfection

MADE IN BELGIUM

www.huckerts.net

UMONIUM[38]®
MEDICAL SPRAY

1 litro representa 1000 pulverizaciones y permite tratar una superficie de 200 m².

ECO FRIENDLY

✓ FÓRMULA SIN
- ➜ COMPONENTE CMR**
- ➜ DISRUPTOR ENDOCRINO

INDICACIONES
Limpieza y desinfección de dispositivos médicos invasivos antes de su esterilización. Limpieza y desinfección de dispositivos médicos y de superficies de dispositivos médicos no invasivos. Transporte del instrumental sucio.

COMPOSICIÓN
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethylammonium chloride/N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 3,3 g/l.

ESTÁNDARES NORMATIVOS
- Conforme con la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios (anexo II, excl. §4)
- Calidad y trazabilidad garantizadas por las normas ISO 9001:2015 y EN ISO 13485:2016
- Marcado CE 1639

MODO DE EMPLEO
Transporte: Ajustar el aerosol en la posición «espuma» y cubrir con espuma los dispositivos. Conviene tapar para limitar la evaporación. **Limpieza y desinfección previa**: Ajustar el aerosol en la posición «espuma». Pulverizar y fregar los dispositivos para eliminar cualquier resto de suciedad. Si se trata de superficies, aclarar cuidadosamente con agua* o con una toallita húmeda. **Desinfección**: Ajustar el aerosol en posición «fina». Pulverizar sobre dispositivos limpios. Respetar un tiempo mínimo de contacto de 5 minutos En caso de dispositivos médicos invasivos: Aclarar con agua*. En caso de superficies de dispositivos médicos no invasivos: Dejar secar o bien aclarar con agua* (o con una toallita humedecida) si es necesario.

PROPIEDADES
- Producto sanitario Clase IIb
- Detergente - desinfectante de amplio espectro de actividad
- No tóxico, no provoca vapores peligrosos
- DL_{50} (rat): > 5840 mg/kg
- No corrosivo: pH neutro
- Producto listo para su uso, no irritante para la piel (sin toxicidad transdérmica)
- Sin aldehídos, peróxidos, biguanidas u otros agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos.
- No coagulante
- No inflamable
- Bactericida (incluso para el estafilococo SARM y otras cepas resistentes a los antibióticos), fungicida, micobactericida y viricida (incluido el coronavirus humano)
- 100% compatible en fibra óptica, caucho, policarbonato, compuesto acrílico, vidrio, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreno, látex, silicona, pinturas, acero inoxidable 410
- Eficaz, rápido y eficiente (disuelve la sangre)
- Eficaz en presencia de materias orgánicas
- Actúa a los 30 segundos
- Persistente en superficies no aclaradas (film bacterioestático)
- Sin residuos tras el aclarado
- Estabilidad: 36 meses después de la fecha de fabricación

N.º DE REF.	DENOMINACIÓN	CAJA
PF 12209	Botella con pulverizador 1 L	12 x 1 L
PF 12204	Botella con pulverizador 500 ml	30 x 500 ml
PF 12203	Botella con pulverizador 250 ml	24 x 250 ml
EMB 0099	100 toallitas UMONIUM[38] Wipes	12 unidades
EMB 5206	Soporte inoxidable botella 1 l	1 unidad

FORMA DE UTILIZACIÓN

ETAPA ❶ : TRANSPORTE

Ajustar el aerosol en la posición «espuma».

Cubrir los dispositivos con espuma

Conviene tapar para limitar la evaporación

ETAPA ❷ : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA

Ajustar el aerosol en la posición «espuma» y pulverizar.

Cepillar los dispositivos para eliminar cualquier resto de suciedad

Si se trata de superficies, aclarar cuidadosamente con agua* o con una toallita húmeda.

ETAPA ❸ : DESINFECCIÓN

Ajustar el aerosol en la posición «fina»


Pulverizar

Tiempo mínimo de contacto de 5 minutos

O

En caso de productos sanitarios invasivos: Aclarar con agua* O BIEN **En caso de superficies de productos sanitarios no invasivos**: Dejar secar o aclarar con agua* (o con una toallita húmeda*) si es necesario.

DATOS TÉCNICOS

Normas	Organismos diana		Tiempo de contacto (min.) Estado limpio	Tiempo de contacto (min.) Estado sucio
EN 13727	BACTERIAS	*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	30 s	1
		E. faecalis (resistentes a la vancomicina), E. coli (resistentes a carbapenémicos), K. pneumoniae (resistentes a carbapenémicos), S. aureus (resistente a la meticiclina)	30 s	-
EN 13697		*S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa*	10	15
		S. typhimurium, E. cloacae, L. brevis	-	15
EN 16615		*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	5	-
EN 14561		*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	-	30
EN 13624	HONGOS	*C. albicans*	5	10
EN 13697		*C. albicans*	10	15
EN 16615		*C. albicans*	1	-
EN 14562		*C. albicans, A. niger*	10	10
EN 14476	VIRUS	Norovirus, Adenovirus, Poliovirus	10	10
		Coronavirus humano, Vaccinia virus	5	-
EN 14348	MICOBACTERIAS	*M. avium, M. terrae*	10	10
EN 14563		*M. avium, M. terrae*	10	10

* Agua potable a temperatura ambiente
** Cancerígeno, Mutágeno o Reprotóxico

FP00024 ES - Ed. 3.6 - 12/2023 - *Fotos de productos no contractuales.*

UMONIUM[38]® es una marca registrada del Laboratorio Huckert's International