DETERGENTE - DESINFECTANTE
PRODUCTO SANITARIO
CLASE IIb

UMONIUM®38

LABOCID

ECO FRIENDLY

✓ FÓRMULA SIN
- → COMPONENTE CMR**
- → DISRUPTOR ENDOCRINO

“ Excelente eficacia ”

DESINFECCIÓN INMEDIATA
A PARTIR DE 30 SEGUNDOS

UMONIUM38® **LABOCID** es un producto listo para usar, que permite que cualquier lugar confinado o entorno controlado disponga de su propia unidad de desinfección. Mesas de laboratorio, niveles de bioseguridad 1-4, campana de flujo laminar, etc. Se puede utilizar inmediatamente tanto para sumergir instrumentos como para limpiar superficies. Destruye los patógenos más resistentes, elimina el biofilm y desinfecta los dispositivos médicos. Es el desinfectante indispensable para cualquier manipulación que suponga un riesgo biológico.

** Cancerígeno, Mutágeno o Reprotóxico

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
mastered disinfection

MADE IN BELGIUM

UMONIUM[38]®
LABOCID

ECO FRIENDLY

✓ FÓRMULA SIN
- ➜ COMPONENTE CMR**
- ➜ DISRUPTOR ENDOCRINO

INDICACIONES
Limpieza y desinfección de dispositivos médicos invasivos antes de su esterilización. Limpieza y desinfección de dispositivos médicos y de superficies de dispositivos médicos no invasivos.

COMPOSICIÓN
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride. 3,3 g/l.

ESTÁNDARES NORMATIVOS
- Conforme con la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios (anexo II, excl. §4)
- Calidad y trazabilidad garantizadas por las normas ISO 9001:2015 y EN ISO 13485:2016
- Marcado CE 1639

MODO DE EMPLEO
Limpieza y desinfección previa: Verter la solución en un recipiente con la ayuda del dosificador de grifo. Sumergir y frotar los dispositivos o bien proceder con limpieza en húmedo con una toallita seca impregnada con la solución para eliminar cualquier resto de suciedad. Si se trata de superficies, aclarar cuidadosamente con agua* o con una toallita húmeda.

Desinfección: Pulverizar sobre dispositivos limpios. Verter la solución en un recipiente con la ayuda del dosificador de grifo. Aplicar mediante limpieza en húmedo con una toallita impregnada con la solución o sumergir respetando un tiempo de contacto mínimo de 5 minutos. En caso de dispositivos médicos invasivos: Aclarar con agua*. En caso de superficies de dispositivos médicos no invasivos: Dejar secar o bien aclarar con agua* (o con una toallita humedecida) si es necesario.

PROPIEDADES
- Producto sanitario Clase IIb
- Detergente - desinfectante de amplio espectro de actividad
- No tóxico, no provoca vapores peligrosos
- DL_{50} (rat): > 5840 mg/kg
- No corrosivo: pH neutro
- Producto listo para su uso, no irritante para la piel (sin toxicidad transdérmica)
- Sin aldehídos, peróxidos, biguanidas u otros agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos.
- No coagulante
- No inflamable
- Bactericida (incluso para el estafilococo SARM y otras cepas resistentes a los antibióticos), fungicida, micobactericida y viricida (incluido el coronavirus humano)
- 100% compatible en fibra óptica, caucho, policarbonato, compuesto acrílico, vidrio, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreno, látex, silicona, pinturas, acero inoxidable 410
- Eficaz, rápido y eficiente (disuelve la sangre)
- Eficaz en presencia de materias orgánicas
- Actúa a los 30 segundos
- Persistente en superficies no aclaradas (film bacterioestático)
- Sin residuos tras el aclarado
- Estabilidad: 36 meses después de la fecha de fabricación

N.º DE REF.	DENOMINACIÓN	CAJA
PF 10520	Bidón de 25L	1 x 25 litros
EMB 0099	100 toallitas UMONIUM[38] Wipes	12 unidades
EMB 0150	Batea riñonera de acero inoxidable	1 unidad

FORMA DE UTILIZACIÓN

ETAPA ❶ : LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA
➥ Un baño por cada uso

Verter la solución en un recipiente con ayuda del dosificador de grifo.

Sumergir y frotar o bien proceder con limpieza en húmedo con una toallita seca impregnada con la solución para eliminar cualquier resto de suciedad.

Si se trata de superficies, aclarar cuidadosamente con agua* o con una toallita húmeda.

ETAPA ❷ : DESINFECCIÓN
➥ Utilización del baño hasta que se enturbie el líquido

Verter la solución en un recipiente con ayuda del dosificador de grifo.

Aplicar mediante limpieza en húmedo (con una toallita seca impregnada en la solución) o mediante inmersión

Tiempo mínimo de contacto de 5 minutos

O

En caso de productos sanitarios invasivos: Aclarar con agua* **O BIEN En caso de superficies de productos sanitarios no invasivos**: Dejar secar o aclarar con agua* (o con una toallita húmeda*) si es necesario.

DATOS TÉCNICOS

Normas	Organismos diana		Tiempo de contacto (min.) al 2,5%	
			Estado limpio	Estado sucio
EN 13727	BACTERIAS	*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	30 s	1
		E. faecalis (resistentes a la vancomicina), E. coli (resistentes a carbapenémicos), K. pneumoniae (resistentes a carbapenémicos), S. aureus (resistente a la meticiclina)	30 s	-
EN 13697		*S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa*	10	15
		S. typhimurium, E. cloacae, L. brevis	-	15
EN 16615		*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	5	-
EN 14561		*S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa*	-	30
EN 13624	HONGOS	*C. albicans*	5	10
EN 13697		*C. albicans*	10	15
EN 16615		*C. albicans*	1	-
EN 14562		*C. albicans, A. niger*	10	10
EN 14476	VIRUS	Norovirus, Adenovirus, Poliovirus	10	10
		Coronavirus humano, Vaccinia virus	5	-
EN 14348	MICOBACTERIAS	*M. avium, M. terrae*	10	10
EN 14563		*M. avium, M. terrae*	10	10

* Agua potable a temperatura ambiente
** Cancerígeno, Mutágeno o Reprotóxico

FP00134 ES - Ed. 3.4 - 02/2023 - *Fotos de productos no contractuales.*

UMONIUM[38]® es una marca registrada del Laboratoire Huckert's International